

TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ

	ÜRÜN ADI	LOT	UYGUNSUZLUK	MENŞEİ
1.	Magnus Damla Ayar Seti	20/200	Sıvı Akış Miktarı Uygun Değil Güvensiz	TR
2.	Dolphin Marka Hazneli Oksijen Maskesi	HZY 2011.05.01	Analizde Yabancı Madde Tespiti Güvensiz	TR
3.	Day To Day, Forcible, Aldez Tıbbi Cihaz Dezenfektanı		Sınıf Sertifika Uygunsuzluğu, Güvensiz	TR
4.	Eurosoft Lens Solüsyonu		EC Sertifika Uygunsuz Güvensiz	Kore
5.	Nova Steril Göz Pedi		Steril Olmayan Ürüne Steril İbaresini Ekleme Güvensiz	TR
6.	Plusmed Oksijen Regülatörü		EC Sertifikasız, Etiket Uygunsuz Güvensiz	Çin
7.	Onstop Anjio Ped		EC Sertifikasız, Etiket Uygunsuz Güvensiz	TR
8.	Lacus Marka Damla Ayar Seti	20/200	Güvensiz Sızdırmazlık Ve Akış Hızı (Akış Kontrolü) Testleri Uygunsuz	TR
9.	Genject Enjektör	20002 (20 Ml)	Güvensiz Sızdırmazlık	TR
10	Prestige IQ Glukometre Cihazı	9113523 9115656	Standartta uygun değil Güvensiz	ABD
11	Truebalance Glukometre Cihazı	B0486838 B0488297 B0488269 Cihaz BM 3555ITR Strip	Standartta uygun değil Güvensiz	ABD

12	Foreks Lateks 3 Yollu %100 Silikon Kaplı Foley Sonda (22Fr)	20100320 Seri	İlgili Standartlara Uygunsuz. Güvensiz	Çin
13	Esk Medical Bacterial Hepa Filter		Etiket Uygunsuzluğu Güvensiz	TR
14	Alpha Marka Musluklu İdrar Torbası	15.04.4	Sızıntı Görüldüğü Güvensiz	TR
15	Labonackheck Gluppy Glukometre Cihazı	G001C020220 G001C020222 Cihaz G00L161915 Strip	Standarda uygun değil Güvensiz	G.Kore
16	Galena Marka Lateks Uretral (Foley) Sonda (18 Fr)	Seri No:1103280387	Sitotoksosite Testi Sonucuna Güvensiz	Çin
17	Beybi Lateks Muayene Eldiveni	014111035000b	Kopma Testi Uygunsuzluğu Güvensiz	Malezya
18	Beybi Marka Musluklu Steril İdrar Torbası	110315	Yüksüz Durumda Sızdırmazlık Güvensiz	Çin
19	Flon Marka IV Cannula With Port 26G	1107026	Katater Görünüş Ve Dış Çap Güvensiz	Hindistan
20	Flon Marka IV Cannula With Port 26G	1104016	Yüzeysel Görünüş Güvensiz	Hindistan
21	Uydumed IV Kanül	00312/183	Görünüş Güvensiz	Hindistan
22	Gmate Glukometre Cihazı	SN GM 006792 SN GM 006789 Cihaz GMC 11KD Strip	Standarda uygun değil Güvensiz	G.Kore

Kozmetik PGD Güvensiz ürünler listesi

	Ürün adı	Seri numarası	Tehlike
1.	Local 60° Elma Sprey Kolonya	6002	Metanol
2.	Local 60° Kavun Sprey Kolonya	6001	Metanol
3.	Dilem 60° Tütün Kolonyası	020	Metanol
4.	Dilem 80° Limon Kolonyası	019/ 013/ 025	Metanol
5.	Melikşah Tütün Kolonyası 60°	00102	Metanol
6.	Dermojin Saç Renklendirici GrayHair	Belirtilmemiş	Kurşun
7.	Ottomans Yüz Maskesi Peeling	Belirtilmemiş	Mikrobiyolojik
8.	RESTORIA DISCREET COLOUR RESTORING CREAM	Üretim Kodu (B)25879	Kurşun
9.	Hashmı Kohl Aswad Sürme	Belirtilmemiş	Kurşun
10.	YuDaliMs	Belirtilmemiş	Minoksidil
11.	Rosella Sabun	Belirtilmemiş	Rodamin
12.	Gülçiçek Kolonya	Belirtilmemiş	Rodamin
13.	Nova Color Yüz Boyası	Belirtilmemiş	Ağır metal
14.	Depar Biopek Pudra	Belirtilmemiş	Mikrobiyolojik
15.	Burcu Bebek Pudrası	Belirtilmemiş	Mikrobiyolojik